

分光全放射束標準光源の一般校正

校正証明書には、不確かさが付与された校正結果を表記いたします。

■ 対象測定器

JD24V150WE11



※ E11-E26変換ソケットの付属をお願いします。
ご不明な点はお問い合わせ下さい。

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ (信頼の水準約95%)
波長360 nm～830 nmにおける 5 nmごとの分光全放射束	5.0%

校正測定能力は、波長区分ごとにその大きさが異なり、上欄の数値は校正範囲で一番小さなものとなります。

なお、参考情報として記載する全光束値には不確かさが付与されません。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>