

輝度計の校正

校正証明書には、不確かさを付随した校正結果を表記いたします。

■ 対象測定器

輝度計



※ カラーアナライザは除く

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ (信頼の水準約95%)
50 cd/m ² ~ 5 000 cd/m ²	1.8 %

構造等によって校正できない場合があります。お問い合わせください。
上覧の校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 セット校正 (100 cd/m²、1 000 cd/m²、3 000 cd/m²) の場合
料 金 52,500 円 (校正証明書を含む。税別)

例 校正点が1点の場合

基本料金	29,000円	
点数料金	9,600円	(9,600円×1点)
合 計	38,600円	(校正証明書を含む。税別)



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>