

# ガラス透過率測定器の校正

校正証明書には、不確かさを付随した校正結果を表記いたします。

## ■ 対象測定器

ガラス透過率測定器、ティントメーター



画像提供：株式会社 ラビニール



画像提供：株式会社 佐藤商事



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ（信頼の水準約95%）
0.5(50%)、0.6(60%)、0.7(70%)、0.8(80%)	0.012 ~ 0.015

構造等によって、校正できない場合があります。お問い合わせください。  
校正の不確かさは、校正対象により大きくなる場合がありますのでご了承ください。

## ■ 校正手数料

例 セット校正（60%、70%、80%）の場合

料 金 7,000 円 （校正証明書を含む。税別）

例 校正点が1点の場合

基本料金 5,700 円  
点数料金 800 円 （800円×1点）

合 計 6,500 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL：03-3451-6760 FAX：03-3451-6910

E-Mail：kousei-info@jemic.go.jp URL：https://www.jemic.go.jp