

ブロックゲージの JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ブロックゲージ



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
0.5 mm 以上 100 mm 以下	0.15 μm
100 mm 超 150 mm 以下	0.22 μm
150 mm 超 200 mm 以下	0.27 μm
200 mm 超 250 mm 以下	0.32 μm

端子構造によって、校正できない場合があります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法

