


ノギスの JCSS 校正等

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。※

※ JCSS校正のみ該当

■ 対象測定器

ノギス



画像提供：(株)ミットヨ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正の種類	校正範囲	校正の不確かさ ($k = 2$)
恒久的施設校正	JCSS校正	600 mm 以下	0.04 mm
	一般校正	600 mm 超過 1000 mm 以下	0.07 mm
巡回校正 (出張校正)	JCSS校正	600 mm 以下	0.06 mm

端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 ノギス（300 mm 以下） 1 個 の場合（セット校正）

料 金 2,000 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>