

天秤・はかりの JCSS 校正等

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。※

※ JCSS校正のみ該当

■ 対象測定器

天秤



はかり



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正の種類	校正範囲	校正の不確かさ（信頼の水準約 95 %）	
		恒久的施設校正	巡回校正（出張校正）
JCSS校正	1 g 以上 50 g 以下	0.074 mg	0.11 mg
	50 g 超 80 g 以下	0.12 mg	0.19 mg
	80 g 超 220 g 以下	0.25 mg	0.35 mg
	220 g 超 320 g 以下	0.33 mg	0.48 mg
	320 g 超 500 g 以下	1.9 mg	1.9 mg
	500 g 超 2 200 g 以下	0.013 g	0.016 g
	2 200 g 超 3 200 g 以下	0.018 g	0.020 g
	3 200 g 超 8 100 g 以下	0.025 g	0.034 g
	8 100 g 超 12 kg 以下	0.13 g	0.13 g
	12 kg 超 21 kg 以下	0.22 g	0.23 g
	21kg 超 32 kg 以下	0.29 g	0.31 g
	32 kg 超 60 kg 以下	1.7 g	1.7 g
一般校正	60 kg 超 100 kg 以下	お問い合わせください。	お問い合わせください。

校正品の内容によっては、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 はかり 1台（ひょう量 220 g 目量 1 mg）の場合
料 金 18,700 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>