

# 分銅・おもりの JCSS 現地校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

分銅



おもり



## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

### ■ 分銅

校正範囲	校正の不確かさ (信頼の水準約95%)
2 kg	0.03 g
5 kg	0.08 g
10 kg	0.15 g
20 kg	0.30 g

### ■ おもり

校正範囲	校正の不確かさ (信頼の水準約95%)
2 kg 以上 5 kg 未満	0.03 g
5 kg 以上 10 kg 未満	0.08 g
10 kg 以上 20 kg 未満	0.15 g
20 kg 以上 25 kg 以下	0.30 g

巡回校正（出張校正）もご対応しております。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 分銅 1個 (M<sub>1</sub>級 10 kg) の場合

料 金 5,700 円 (校正証明書を含む。税別)

※ 校正範囲及び等級等によって手数料は異なります。



## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>