トルクドライバの校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

■ 対象測定器

トルクドライバ



画像提供:㈱東日製作所

■ 校正範囲及び不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ(<i>k</i> = 2)
恒久的施設で行う校正	100 cN·m 以上 600 cN·m 以下	2.0 %
	2 cN·m 以上 100 cN·m 未満	4.0 %
巡回校正(出張校正)	100 cN·m 以上 600 cN·m 以下	2.0 %
	2 cN·m 以上 100 cN·m 未満	4.0 %

構造によっては、校正できない場合があります。 巡回校正(出張校正)もご対応しております。 校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法





日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号 TEL:03-3451-6762 FAX:03-3451-1497

E-Mail: kousei-info@jemic.go.jp URL: https://www.jemic.go.jp

2021.12 ※無断転載・複製を禁じます。