

# デプスゲージの校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

## ■ 対象測定器

デプスゲージ



デジタル



バーニヤ



ダイヤル


画像提供：(株)ミットヨ

## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
恒久的施設校正	150 mm 以下	0.03 mm
巡回校正 (出張校正)	150 mm 以下	0.04 mm

端子構造によって、校正できない場合があります。  
巡回校正 (出張校正) もご対応しております。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正のご利用方法



## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>