

# デプスマイクロメータの校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

## ■ 対象測定器

デプスマイクロメータ



画像提供：(株)ミットヨ

## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
恒久的施設校正	25 mm 以下	5 $\mu\text{m}$
	50 mm 以下	6 $\mu\text{m}$
	150 mm 以下	7 $\mu\text{m}$
巡回校正 (出張校正)	25 mm 以下	5 $\mu\text{m}$
	50 mm 以下	7 $\mu\text{m}$
	100 mm 以下	10 $\mu\text{m}$
	150 mm 以下	14 $\mu\text{m}$

端子構造によって、校正できない場合があります。  
巡回校正 (出張校正) もご対応しております。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正手数料

例 デプスマイクロメータ (25 mm) 1 個 の場合 (セット校正)

料 金 3,600 円 (校正証明書を含む。税別)



**日本電気計器検定所** 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>