

シックネスゲージのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

シックネスゲージ（厚み測定器）



■ 校正範囲及び校正の不確かさ

| 校正場所 | 校正範囲 | 校正の不確かさ ($k = 2$) |
|------------|----------|---------------------|
| 恒久的施設校正 | 50 mm 以下 | 0.010 mm |
| 巡回校正（出張校正） | 25 mm 以下 | 0.010 mm |

端子構造によって、校正できない場合があります。
巡回校正（出張校正）もご対応しております。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正手数料

例 シックネスゲージ 1個 の場合（セット校正）

料 金 2,400 円 （校正証明書を含む。税別）



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>