

# 力計の一般校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

## ■ 対象測定器

フォースゲージ  
プッシュプルゲージ 等



画像提供：株式会社 イマダ

## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

	校正範囲	校正の不確かさ (信頼の水準 約 95 %)
引張力	0.4 N 以上 500 N 以下	0.80 %
圧縮力	0.4 N 以上 500 N 以下	0.80 %

校正品の構造によっては、校正できない場合があります。

## ■ 校正手数料

例 フォースゲージ 1個 (定格 200 N) の場合

料 金 引張力及び圧縮力 10,800 円 (校正証明書を含む。税別)

※ 校正範囲によって手数料は異なります。



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-4702

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>