

# トルクドライバチェッカのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

## ■ 対象測定器

トルクドライバチェッカ




## ■ 校正範囲及び不確かさ

校正範囲	校正の不確かさ ( $k = 2$ )
2 cN・m	1.2 %
4、10、20、30、40、50、60 cN・m	0.96%
20、50、100、200、300、 400、500、600 cN・m	0.82 %

巡回校正（出張校正）には対応していません。

## ■ 校正のご利用方法



## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>