

内側マイクロメータの一般校正

校正は、国家標準にトレーサブルな標準器を使用しています。

■ 対象測定器

内側マイクロメータ




■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正場所	校正範囲	校正の不確かさ（信頼の水準 約95 %）	
		恒久的施設校正	巡回校正（出張校正）
恒久的施設校正 及び 巡回校正 （出張校正）	5 mm 超過 600 mm 以下	25 μ m	50 μ m

- ・セット校正を用意しています。
- ・追加替ロッドについて
追加替ロッド単体の校正は実施しません。
追加替ロッドを複数つぎたした校正は実施しません。
内側マイクロメータ本体+追加替ロッドの長さの合計は600 mm以下です。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>