

# 風速計の一般校正

校正は、国家標準にトレーサブルな標準器を使用しています。

## ■ 対象測定器

### 熱式風速計



※ 別方式の機種についても、今後追加を予定しています。

## ■ 校正範囲

| 種類            | 校正範囲  |                    | 拡張不確かさ<br>(信頼の水準 約95 %) |
|---------------|-------|--------------------|-------------------------|
| 気体用流速計<br>風速計 | 微風速   | 只今、準備中（近々、開始予定）    |                         |
|               | 気体中流速 | 1.5 m/s以上 40 m/s以下 | 1 % + 0.2 m/s           |

- ※ 校正は、セット校正のみとなります。  
セット校正の校正範囲は、0.5 m/s～3.0 m/s（固定4点）、1.5 m/s～40 m/s（固定4点）、0.5 m/s～40 m/s（固定8点）の3種類となります。
- ※ センサの形状により校正ができない場合があります。ご依頼時にご確認ください。
- ※ 巡回校正では実施できません。

## ■ 校正のご利用方法



## 日本電気計器検定所 中部支社 標準課

〒487-0014 愛知県春日井市気噴町三丁目5番地7

TEL : 0568-53-6336 FAX : 0568-53-6337

E-Mail : kousei-cub@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>