



圧力変換器の一般校正

校正証明書に校正結果として不確かさを表記いたします。

■ 対象測定器

圧力変換器（圧力センサ）



■ 校正範囲及び不確かさ

校正場所	校正範囲		校正の不確かさ (信頼の水準約95%)
恒久的施設で行う校正	気体 ゲージ圧力	-90 kPa 以上 -10 kPa 以下	0.12 kPa
		10 kPa 以上 100 kPa 以下	0.13 kPa
		100 kPa 超 500 kPa 以下	0.30 kPa
		500 kPa 超 1 000 kPa 以下	1.1 kPa
		1 MPa超 7 MPa 以下	0.008 0 MPa
		7 MPa超 10 MPa 以下	0.011 MPa

圧力媒体は、気体圧力：窒素となります。
継手によって、校正できない場合があります。
電気出力の定格は、電圧10 V以下、電流20 mA以下が対象となります。
巡回校正（出張校正）は対応しておりません。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

URL : <https://www.jemic.go.jp>