

新規量目校正開始

技術で築く確かな信頼

長さ

Length

- ノギス
- マイクロメータ
- ブロックゲージ
- ダイアルゲージ

質量

Mass

- 天秤 はかり
- 分銅 おもり

トルク

Torque

- トルクレンチ
- トルクドライバ

圧力

Pressure

- デジタル圧力計
- 機械式圧力計

湿度

Humidity

- 露点計
- 電子式湿度計

JEMIC

日本電気計器検定所

JEMIC 日本電気計器検定所は、電気メーターの検定及び計測器の校正等を行っている公正中立な機関です。

新規量目の主な校正品目及び校正範囲

長さ

対象機器	校正範囲		校正開始予定
ノギス	-	600 mm以下	平成26年10月
ハイトゲージ	-	600 mm以下	
外側マイクロメータ	-	25 mm以下	
ブロックゲージ	0級以下	1.0 mm以上 100mm 以下	平成26年12月
ダイヤルゲージ類	-	100 mm以下	

質量

対象機器	校正範囲		校正開始予定
天秤・はかり	-	60 kg以下 目量0.1 mg以上	平成26年10月
分銅・おもり	F ₁ クラス以下	1 mg以上 20 kg以下	

トルク

対象機器	校正範囲		校正開始予定
トルクレンチ	2 cN・m以上 500 N・m以下		平成26年10月
トルクドライバ	2 cN・m以上 600 cN・m以下		

圧力

対象機器	校正範囲		校正開始予定
デジタル圧力計	気体 (ゲージ圧)	-80 kPa以上 10 MPa以下	平成26年10月
	液体 (ゲージ圧)	1 MPa以上 100 MPa以下	
機械式圧力計	気体 (ゲージ圧)	-80 kPa以上 10 MPa以下	
	液体 (ゲージ圧)	1 MPa以上 100 MPa以下	

湿度

対象機器	校正範囲		校正開始予定
露点計	露点 -10℃以上 23℃以下		平成27年 1月
電子式湿度計	相対湿度 10%以上 90%以下 温度 23℃		

※記載量目に対しては、当所の定める技術基準に基づき、一般校正を行います。

校正証明書は、不確かさ表記となります。

条件により、お取扱いできないものもありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

■お問い合わせは、本社 校正サービスグループまでお気軽にどうぞ

日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦4-15-7 E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp

TEL : 03-3451-6760

FAX : 03-3451-6910



■JEMICのネットワーク・代表電話

本 社	(03)3451-1181	北 陸 支 社	(076)248-1257	四 国 支 社	(0877)33-4040
北 海 道 支 社	(011)668-2437	関 西 支 社	(06)6451-2355	九 州 支 社	(092)541-3031
東 北 支 社	(022)786-5031	関西支社京都事業所	(075)681-1701	九州支社熊本事業所	(096)325-2131
東北支社新潟事業所	(025)246-3371	関西支社尼崎事業所	(06)6491-5031	沖 縄 支 社	(098)934-1491
中 部 支 社	(0568)53-6331	中 国 支 社	(082)503-1251		